



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "ВЗОР".

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 603003, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Заводской парк, д. 33, помещение 2. ОГРН: 1025203565166. Телефон: +7(831)282-98-00. Адрес электронной почты: market@vzor.nnov.ru.

В лице: директор Киселев Евгений Валентинович

заявляет, что Анализатор растворенного водорода МАРК-509 в исполнениях: МАРК-509, МАРК-509/1, МАРК-509/36, МАРК-509/1/36

изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "ВЗОР".

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 603003, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Заводской парк, д. 33, помещение 2.

продукция изготовлена в соответствии с ТУ 26.51.53-030-39232169-2022 "Анализатор растворенного водорода МАРК-509. Технические условия".

Код ТН ВЭД ЕАЭС 9027890000

Серийный выпуск

Соответствует требованиям

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

Декларация о соответствии принята на основании

Протокол испытаний № 19ЭМС/2016 от 21.12.2016. Отдел радиотехнических измерений и испытаний

ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области";

Протокол испытаний № 042/2021 от 21.12.2021. Отдел испытаний продукции ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области".

Схема декларирования: 1д.

Дополнительная информация

Применяемые стандарты: ГОСТ ИЕС 61010-1-2014 "Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования"; Подразделы 6.2 и 7.2 ГОСТ Р 51522.1-2011 "Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний"; ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 "Оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения. Требования электромагнитной совместимости. Часть 1. Общие требования";

Условия хранения - 1 по ГОСТ 15150-69 в упаковке предприятия-изготовителя. Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления. Срок службы - не менее 10 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 11.01.2027 включительно

(подпись)



Киселев Евгений Валентинович

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.06051/22

Дата регистрации декларации о соответствии:

13.01.2022